

### 政府采购进口产品申请表

一、基本情况			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目（内窥镜摄像系统1套）	所属采购项目预算金额（单位：万元）	150
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
内窥镜摄像系统	150		
二、主要用途			
主要用于在内窥镜诊断或治疗手术中与光学内窥镜连接，将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器。			
三、适用情形（勾选其中1项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
勾选上述第1项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
内窥镜摄像系统	140		
四、申请理由			
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述：</p> <p>采购进口产品的必要性：内窥镜摄像系统（含输尿管镜、经皮肾镜）进口设备产品成熟，图像的清晰度、色彩的还原度、画面的稳定性、传输的实时性更好，同时电气安全级别更高。从而提高手术质量，降低手术风险。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响：国产品牌在图像质量上和进口产品有一定差距，会影响手术质量，手术风险会提高。</p>			

注：1. 进口产品或者国产同类产品涉及多个的，逐一详细填写；  
 2. 进口产品隶属不同采购项目的，按采购项目分别填报。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: <u>刘毅斌</u>		
	职称: <u>主任医师</u>		
	工作单位: <u>阳江市人民医院</u>		
	来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目 (内窥镜摄像系统1套)	所属采购项目预算金额(单位: 万元)	150
进口产品名称	进口产品预算金额(单位: 万元)		
内窥镜摄像系统	150		
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
主要用于在内窥镜诊断或治疗手术中与光学内窥镜连接,将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器。			
<b>三、适用情形(勾选其中1项)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求,确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
<b>属于上述第1项适用情形的,需填写下列内容:</b>			
国产同类产品名称	市场价格(单位: 万元)		
内窥镜摄像系统	140		
<b>四、申请理由</b>			
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:</p> <p>采购进口产品的必要性:内窥镜摄像系统(含输尿管镜、经皮肾镜)进口设备产品成熟,图像的清晰度、色彩的还原度、画面的稳定性、传输的实时性更好,同时电气安全级别更高。从而提高手术质量,降低手术风险。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响:国产产品安全级别只达到BF级别,术中使用除颤术时设备无法正常使用,影响手术的顺利开展,存在安全隐患。国产品牌在图像质量上和进口产品有一定差距,会影响手术质量,手术风险会提高。</p>			

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟进口的内容经撮保子论，  
进口产品成立，国家清册。就是，传输  
实时性好。而国产产品带宽仅达到1F  
体制，求中使用除能书时设备予以正确使用，  
存在安全隐患，国产产品在国际市场上  
进口产品有一定差距，建议允许进口产品与  
本以共同使用。

论证专家签字：

2011年4月8日



注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。



## 政府采购进口产品专家论证意见


专家信息	姓名: 卢凤内		
	职称: 主任医师		
	工作单位: 江门市人民医院		
	来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目 (内窥镜摄像系统1套)	所属采购项目预算金额(单位: 万元)	150
进口产品名称	进口产品预算金额(单位: 万元)		
内窥镜摄像系统	150		
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
主要用于在内窥镜诊断或治疗手术中与光学内窥镜连接,将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器。			
<b>三、适用情形(勾选其中1项)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求,确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
<b>属于上述第1项适用情形的,需填写下列内容:</b>			
国产同类产品名称	市场价格(单位: 万元)		
内窥镜摄像系统	140		
<b>四、申请理由</b>			
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:</p> <p><b>采购进口产品的必要性:</b>内窥镜摄像系统(含输尿管镜、经皮肾镜)进口设备产品成熟,图像的清晰度、色彩的还原度、画面的稳定性、传输的实时性更好,同时电气安全级别更高。从而提高手术质量,降低手术风险。</p> <p><b>采购国产同类产品对工作的实质性影响:</b>国产产品安全级别只达到BF级别,术中使用除颤术时设备无法正常使用,影响手术的顺利开展,存在安全隐患。国产品牌在图像质量上和进口产品有一定差距,会影响手术质量,手术风险会提高。</p>			

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟申报的内窥镜摄像系统，国产  
产品规格级别已达到Ⅱ级，本中作用除技术时设备  
无信巨靠作用，与国内产品相比，进口产品技术成熟，图  
像清晰度高，画面的稳定性，待测的实时性更好，可提  
高产品质量，建议允许进口产品在申报时予以

论证专家签字：

2021年4月8日



注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: 袁佳		
	职称: 副高		
	工作单位: 阳江市第三人民医院		
	来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目 (内窥镜摄像系统 1套)	所属采购项目预算金额 (单位: 万元)	150
进口产品名称		进口产品预算金额 (单位: 万元)	
内窥镜摄像系统		150	
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
主要用于在内窥镜诊断或治疗手术中与光学内窥镜连接, 将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器。			
<b>三、适用情形 (勾选其中 1 项)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
<b>属于上述第 1 项适用情形的, 需填写下列内容:</b>			
国产同类产品名称		市场价格 (单位: 万元)	
内窥镜摄像系统		140	
<b>四、申请理由</b>			
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:</p> <p>采购进口产品的必要性: 内窥镜摄像系统 (含输尿管镜、经皮肾镜) 进口设备产品成熟, 图像的清晰度、色彩的还原度、画面的稳定性、传输的实时性更好, 同时电气安全级别更高。从而提高手术质量, 降低手术风险。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响: 国产产品安全级别只达到 BF 级别, 术中使用除颤术时设备无法正常使用, 影响手术的顺利开展, 存在安全隐患。国产品牌在图像质量上和进口产品有一定差距, 会影响手术质量, 手术风险会提高。</p>			

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟采购的内窥镜摄像系统设备，国产品牌暂无完全满足技术指标安全性要求的产品。与国产产品相比，进口产品图像的清晰度、画面的稳定性及电气安全级别更高，从而提高手术质量、降低手术风险。建议允许进口产品参与本次采购活动。

论证专家签字：



2021年4月8日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。







五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟采购的内窥镜摄像系统设备，由于国产产品安全级别未达到B级水平，使用过程中存在安全隐患，影响手术的顺利开展。进口产品设备成熟，同时电气安全级别更高，从而提高手术质量，降低手术风险，建议允许进口产品参与本次采购活动。

论证专家签字：



2021年4月8日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: <u>林素华</u>		
	职称: <u>法律服务执业者</u>		
	工作单位: <u>阳江市政法系统</u>		
	来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	类别: <input checked="" type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
<b>一、基本情况</b>			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目 (内窥镜摄像系统1套)	所属采购项目预算金额(单位: 万元)	150
进口产品名称	进口产品预算金额(单位: 万元)		
内窥镜摄像系统	150		
<b>二、采购进口产品的主要用途</b>			
主要用于在内窥镜诊断或治疗手术中与光学内窥镜连接, 将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器。			
<b>三、适用情形(勾选其中1项)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
<b>属于上述第1项适用情形的, 需填写下列内容:</b>			
国产同类产品名称	市场价格(单位: 万元)		
内窥镜摄像系统	140		
<b>四、申请理由</b>			
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:</p> <p>采购进口产品的必要性: 内窥镜摄像系统(含输尿管镜、经皮肾镜)进口设备产品成熟, 图像的清晰度、色彩的还原度、画面的稳定性、传输的实时性更好, 同时电气安全级别更高。从而提高手术质量, 降低手术风险。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响: 国产产品安全级别只达到BF级别, 术中使用时设备无法正常使用, 影响手术的顺利开展, 存在安全隐患。国产品牌在图像质量上和进口产品有一定差距, 会影响手术质量, 手术风险会提高。</p>			

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟采购的内窥镜摄像系统设备，不属于国家法律法规政策明确规定禁止进口或限制进口的其他类产品，符合《政府采购进口产品管理办法》的第七条，建议在进口产品参与本次采购活动。

论证专家签字：

2021年4月8日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。



3

国产同类产品与进口产品对比情况表

序号	进口产品名称	主要内容		国产同类产品名称	主要内容		主要差异性对比 (功能、技术参数等)
		主要功能	技术参数		主要功能	技术参数	
1	内窥镜摄像系统	用于腔镜微创手术的诊疗	<p>1: 摄像头是1920x1080 逐行扫描采集。图像清晰度更好、图像分辨率更高。</p> <p>2: 摄像头景深可达到200mm。图像显现更立体, 手术更加精准。</p> <p>3: 影像系统安全性可达到CF 级别, 可用于心胸外科手术及心脏除颤术。进口产品的安全性能更高, 适用手术范围更广。</p> <p>4: 消毒方式是高温高压、低温等离子等。产品的工艺技术稳定及精细。</p>	内窥镜摄像系统	<p>用于腔镜微创手术的诊疗</p>	<p>1. 摄像头是1920x1080 国产产品是隔行采集。图像清晰度满足基础手术要去。</p> <p>2. 摄像头景深只达到≤100mm。</p> <p>3. 影像系统安全性达到BF 级别, 能用于普通腔镜手术。</p> <p>4. 产品消毒方式是低温等离子, 不可使用高温高压消毒。</p>	<p>1. 进口产品安全性达到CF 级别, 安全系数更高。国产产品安全级别只达到BF 级别, 术中除颤术时设备无法正常使用, 影响手术的顺利开展, 存在安全隐患。</p> <p>2. 进口产品的影像系统的拓展功能, 可根据需求进行升级。</p> <p>3. 国产产品的消毒方式相对单一, 消毒时间较长, 影响设备的手术接台, 降低周转率。</p> <p>综上所述, 进口设备为手术提供清晰的视野, 立体的图像, 设备的稳定性、操作性等优势, 为手术的顺利完成提供了硬件保障, 为患者带来了安全保障。</p>

注: 填写产品的主要功能、技术参数指标以及国产同类产品与进口产品的主要差异性对比等情况。